产品名称：程控高压电容器漏电流测试仪

型号：CS9914EX



性能特点

- 采用 TFT5.6 寸 640*480 彩色液晶屏显示设置参数和测试参数，显示内容丰富醒目
- 直流输出 6.0kV/20mA 的情况下保证纹波系数小于 $30V_{P-P}$
- 交流输出电压的正弦波采用 DDS 原理产生，产生的正弦波纯净失真度小
- 交流耐压测试的最大输出容量为 500VA
- 交流输出阻抗可供选择：0,500Ω，2.8kΩ
- 直流测试时充电电流报警值和测试漏电流报警值分别设置
- 直流电流测试的分辨值为 1nA
- 直流耐压测试具有延时报警功能

www.csallwin.com
南京长盛仪器公司概述 更多的产品信息都可以在我们的网站上得到

技术参数

型号			CS9914EX
ACW	输出电压	范围	0.050kV～5.000kV
		精度	±（1%读值+2V）
		分辨率	1V
	最大输出功率		500W
	最大额定电流		100mA
	下限电流范围		0～99.9mA
	电流档位		200uA、2mA、20mA、100mA
	输出波形		正弦波
	输出波形失真度		≤2%（空载或纯阻性负载）
	输出信号类型		DDS+功放
	电压上升时间		0，0.3s～999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0，0.3s～999.9s 0=连续测试
	电压下降时间		0，0.3s～999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0s～999.9s 0=间隔时间关
	输出电压模式		N 模式、G 模式
DCW	输出电压	范围	0.050kV～6.000kV
		精度	±（1%读值+2V）
		分辨率	1V
	最大输出功率		120W
	最大额定电流		20mA
	电流档位		2uA、20uA、200uA、2mA、20mA
	纹波系数		<30V_{P-P}
	放电时间		≤200ms
	最大充电电流		20mA
	电压上升时间		0，0.3s～999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0，0.3s～999.9s 0=连续测试
	电压下降时间		0，0.3s～999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0s～999.9s 0=间隔时间关
	延时报警时间		0，0.3s～999.9s 0=延时报警时间关
	输出电压模式		N 模式、G 模式
电压表	范围		0.050kV～6.000kV
	精度		±（1%读值+2V）
	分辨率		1V
	显示数值		均方根值
电流表	测量范围	AC	0 ～ 100mA
		DC	0 ～ 20mA
	分辨率	AC	200uA 档：0.1uA，2mA 档：1uA，
		DC	2uA 档： 0.001uA，20uA 档： 0.01uA，200uA 档：0.1uA，
	测量精度		±（1%+量程 0.5%）
	测试模式		GND 模式：RETURN 端接机壳
计时器	范围		0～999.9s
	分辨率		0.1s
	精度		±（0.1%+50ms）

www.csallwin.com
南京长盛仪器公司概述 更多的产品信息都可以在我们的网站上得到