产品名称：程控多路绝缘耐压测试仪（AC/DC/IR）

型号　　：CS9929DASI-4



性能特点

- 采用 5.6 寸 TFT(640*480）显示设置参数及测试参数，显示内容醒目、丰富。
- 测试仪可把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储在 U 盘中。
- 可通过 U 盘进行软件升级。
- 可调高压上升、下降时间，可适应不同测试对象要求。
- 测试结果可同步保存，支持详细完整的统计操作。
- 支持客户在线编辑测试条件，便于客户智能化、精细化管理。
- 人性化的操作界面、支持数字按键直接输入，拨盘输入、操作更简捷。
- 完备的操作帮助提示，可有效提高用户使用效率。
- 中英文双语操作界面，适应不同用户的需求。
- 直流电流最小分辨率 0.001μA。
- 支持扫码枪功能。
- 标配 PLC 接口，RS232 接口，选配 LAN 接口、RS485 接口、USB 接口。

地址(ADD)：南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号　　邮编(P.C)　　：211178
电话(TEL)：　025-68132208、52108992　　图文传真(FAX)：025-52101482
公司网站：　www.csallwin.com　　E—mail：cswangyi@163.com

技术参数

型号			CS9929DASI-4
测试模式			AC/DC/IR
ACW	输出电压	范围	0.100kV～10.00kV
		精度	±(1%+0.2%满量程)
		分辨率	1V
	最大输出功率		500VA（10.00kV/50mA）
	最大额定电流		50mA
	下限电流范围		0～49.9mA,0=不判断下限
	电流档位		200uA、2mA、20mA、50mA
	输出波形		正弦波
	输出波形失真度		≤2%（空载或纯阻性负载）
	波峰因数		1.3～1.5
	输出信号类型		DDS+功放
	电压上升时间		0，0.3s～999.9s　0=电压上升时间关
	测试时间		0，0.3s～999.9s　0=连续测试
	电压下降时间		0，0.3s～999.9s　0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0s～999.9s　0=间隔时间关
	扫描通道数		4
	输出电压模式		N 模式、G 模式
DCW	输出电压	范围	0.100kV～10.00kV
		精度	±(1%+0.2%满量程)
		分辨率	1V
	最大输出功率		200W（10.00kV/20mA）
	最大额定电流		20mA
	电流档位		2uA、20uA、200uA、2mA、20mA
	纹波系数		≤5%
	放电时间		≤200ms
	最大充电电流		20mA
	电压上升时间		0，0.3～999.9s　0=电压上升时间关
	测试时间		0，0.3～999.9s　0=连续测试
	电压下降时间		0，0.3～999.9s　0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0～999.9s　0=间隔时间关
	延时报警时间		0，0.3～999.9s　0=延时报警时间关
	扫描通道数		4
	输出电压模式		N 模式、G 模式
IR	输	范围	0.100kV～5.000kV

地址(ADD)：南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号　　邮编(P.C)　：211178
电话(TEL)：　025-68132208、52108992　　图文传真(FAX)：025-52101482
公司网站：　www.csallwin.com　　E—mail：cswangyi@163.com

		精度	±(1%+0.2%满量程)
		分辨率	1V
	最大上限设定值		50000MΩ
	最大下限设定值		49999MΩ
	最小下限设定值		1MΩ
	电压上升时间		0，0.3s～999.9s　0=电压上升时间关
	测试时间		0，0.3s～999.9s　0=连续测试
	间隔时间		0.0s～999.9s　0=间隔时间关
	自动切换档位		可设置为开、关
	放电时间		≤200ms
	扫描通道数		4
电压表	范围		0.100kV～10.00kV
	精度		±(1%+0.2%满量程)
	分辨率		1V
	显示数值		均方根值
电流表	测量范围	AC	0 ～ 50mA
		DC	0 ～ 20mA
	分辨率	AC	200uA 档：0.1uA，　2mA 档：1uA，　20mA 档：10uA，　50mA 档：100uA
		DC	2uA 档：0.001uA，　20uA 档：0.01uA，　200uA 档：0.1uA， 2mA 档：1uA，　20mA 档：10uA
	测量精度		±(1%+0.5%档位量程)
	偏移功能		测试线及附件的的电流可以被减去。
	测试模式		GND 模式：RETURN 端接机壳 FLOAT 模式：RETURN 端不接机壳
电阻表	测量范围		1MΩ～50000MΩ
	分辨率		1MΩ～9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ～99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ～999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ～9999MΩ:1MΩ 10000MΩ～50000MΩ:10MΩ
	精度		0.100kV～0.499kV:0.1MΩ～999MΩ　±5%，　1000MΩ～5000MΩ　±10% 0.500kV～0.999kV:1MΩ～999MΩ　±5%，　1000MΩ～10000MΩ　±10% 1.000kV～5.000kV:1MΩ～999MΩ　±5%，　1000MΩ～50000MΩ　±10%
计时器	范围		0～999.9s
	分辨率		0.1s
	精度		±（0.1%+50ms）

地址(ADD)：南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号　　邮编(P.C)　　：211178
电话(TEL)：　025-68132208、52108992　　图文传真(FAX)：025-52101482
公司网站：　www.csallwin.com　　E—mail：cswangyi@163.com