229-2 Leakage Current Tester

交流泄漏电流测试仪

小泄漏电流可能是危险的！电流高于“阈值”
电器、电机和其他设备中的“感知”会引起剧烈反应
可能导致严重的身体伤害。对于服务、实验室、生产或工业，
229-2型有助于确定产品是否符合标准。
小心电器中的泄漏电流可能会随着使用和老化而增加。检查
为安全起见，定期更换电器。

- *根据ANSI C39设计。5测量交流电压的要求*
- *泄漏电流和UL安全标准。*
- *补偿至近似Dalziel的感知曲线*
- *过载保护，在所有范围内瞬时峰值高达500 V*
- *检查120 VAC和240 VAC设备*
- *包括测试引线、电池和手册*



技术参数

测量范围: 交流漏电流: 0.3-1-3-10 mA
交流电压: 0-150 and 0-300 volts
电池测试: 电池好坏
短时测试：红色电弧：30 mA FS，绿色电弧：10 mA或更小分辨率：在0.3 mA范围内为5安
准确度：60 Hz时为3%
输入阻抗：对于电流测试，1.5KΩ 与0.15F并联
输入电阻：150V范围内为0.5MΩ，300V范围内为1.0MΩ
精度VS频率：接近Dalziel在1.0dB内的“感知曲线百分位50阈值”
电池寿命：约200小时
额定电路对地电压：300Vrms
环境条件：23℃±1℃，30%至60%相对湿度
过载保护：在所有范围内，峰值瞬时电压高达500V
尺寸：7英寸x 5-1/4英寸x 3-1/8英寸
重量：3磅。（1.4公斤）
电池：一个9V NEDA 13F号1604A（Burgess型PM-6或同等产品）

规格如有更改，恕不另行通知。

本文件中有关UL、ANSI或IEC规范的任何讨论仅供参考。手册第3页图1详细说明了M229-2中使用的输入网络。建议客户从评级机构获取最新的规格。

注：有关规格信息，请致电美国国家标准协会电话（212）642-4900
或伊利诺伊州诺斯布鲁克的UL电话（847）272-88000



手提袋可容纳测试仪、测试导线和操作手册。

订购信息

泄漏电流测试仪 229-2 Current Leakage tester	订购号： 12267	配件	订购号：	配件	订购号：
		探针引线，	00125	案件，黄色填充尼龙	00832
		带螺钉式鳄鱼夹探针组，	07538	案件，黑色填充尼龙	00834
		可更换尖端，香蕉插头夹组，鳄鱼夹，	00425	外壳，硬人造革正面负载	00805
		螺钉式铅套、短吻鳄、香蕉插头	07500	塑壳	45028